

# Entretien PROTHÈSES INTRA AURICULAIRES

Utiliser la brosse pour nettoyer la prothèse auditive. Insérez le petit fil de métal en forme de "U" dans le trou qui est au bout de la prothèse. Tournez-le à l'intérieur et retirez-le bien droit. Assurez-vous que le trou de la prothèse ne contient plus de cérumen. Nous recommandons aussi de mettre de l'alcool à friction sur un papier mouchoir et nettoyer les prothèses avec le papier mouchoir. Ceci les désinfectera bien.



Si après avoir fait ces étapes vos prothèses ne fonctionnent toujours pas, vérifiez tout d'abord si la pile fonctionne. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas même avec une nouvelle pile, nous vous recommandons de nous téléphoner pour cédule une plage horaire un **Lundi**, **Mercredi** et un **Vendredi** durant les heures de réparations mineures.

## Entretien Bi-Annuel (à chaque six mois)

Nous vous recommandons de faire vérifier et nettoyer vos prothèses à tous les six mois. Pour ce, vous n'avez qu'à nous téléphoner au **514-931-4555** pour réserver une plage horaire un **Lundi**, **Mercredi** ou un **Vendredi**, afin qu'un professionnel puisse vérifier vos prothèses pendant que vous patientez.

**Le service de vérification et réparations mineures :**

- Vérifier le niveau de performance des prothèses auditives;
- Nettoyage;
- Réparations mineures (si nécessaire);
- Changer les filtres de microphones (si applicable).